

# neodisher® MediClean forte

Щелочное моющее средство с содержанием ПАВ для мойки термостабильных и термолабильных инструментов. Жидкий концентрат.



## Области применения:

Для автоматической и ручной мойки хирургических инструментов, включая инструменты для малоинвазивной хирургии, микрохирургии, эндоскопы, анестезиологические инструменты и оборудование, стоматологические инструменты, включая наконечники для бормашин, уголки, контейнеры и других медицинских принадлежностей.

## Свойства:

neodisher MediClean forte щелочное моющее средство с низким воздействием на окружающую среду, с основными моющими компонентами, обеспечивающими хорошие моющие свойства и полное удаление засохшей и денатурированной крови, а так же остатки крови, которые запеклись после применения дезинфектантов, и то же время обладает мягким действием на материалы. neodisher MediClean forte отлично очищает остатки органических материалов и загрязнений. neodisher MediClean forte содержит поверхностно-активные вещества, предотвращающие повторное осаждение остатков протеина и снижают поверхностное натяжение моющего раствора.

neodisher MediClean forte прошел испытания и получил рекомендации по применению в медицине от Немецкого Института эпидемиологии им. Роберта Коха как средство минимизирующее риск передачи болезни Крейтцфельда-Якоба (vCJD) при его применении для мойки медицинского инструментария и оборудования.

neodisher MediClean forte при применении не показывает отрицательного воздействия или разрушения материалов и может применяться для обработки медицинских изделий и оборудования из нержавеющей стали, инструментальной стали, оптики, пластика, материалов, пригодных для анестезиологических принадлежностей. Анодированный алюминий устойчив к воздействию моющими растворами.

## Применение/дозировка:

neodisher MediClean forte применяется для автоматической машинной мойки, мойки в ультразвуковых мойках и мойки ручным методом. Дозировки моющего средства зависят от области применения, жесткости воды, применяемой при мойке. Мы рекомендуем следующие дозировки и концентрации моющих растворов neodisher MediClean forte:

Для автоматической машинной мойки термостабильных и термолабильных инструментов: 0,2-1,0% (2-10 мл/л) при 50-60°C, цикл мойки 10 мин.

Рекомендуется в процессе мойки и на шаге финального ополаскивания использовать деионизированную воду. Этап нейтрализации моющего раствора, применяемый при использовании классических щелочных моющих средств, при использовании neodisher MediClean forte может быть пропущен и не применяться. При обработке офтальмологического инструмента мы рекомендуем применять в программах мойки шаг дополнительного промежуточного ополаскивания водой перед финальным ополаскиванием.

Для автоматической машинной мойки эндоскопов и эндоскопических аксессуаров: 0,5% (5 мл/л) при 35-55°C, цикл мойки 5 мин.

Для ручной мойки термостабильных и термолабильных инструментов в погружных ваннах или ультразвуковых мойках: 0,5-2% при температуре не выше 40°C, цикл мойки 10-30 мин. Рабочий раствор менять ежедневно.

Для ручной мойки эндоскопов и эндоскопических аксессуаров в погружных ваннах или ультразвуковых мойках: 0,5-3% при температуре не выше 40°C, цикл мойки 5-10 мин. Рабочий раствор менять ежедневно.

По завершении цикла мойки, раствор neodisher MediClean forte должен быть смыт достаточным количеством воды (рекомендуется применять деионизированную воду).

Не смешивать с другими продуктами. При дозировании раствора через дозирующие

# neodisher® MediClean forte

Щелочное моющее средство с содержанием ПАВ для мойки термостабильных и термолabileльных инструментов. Жидкий концентрат.



системы при смене продукта тщательно промыть водой дозирующую систему, включая шланги.

При использовании обратить внимание на рекомендации производителей инструмента и оборудования в соответствии с DIN EN ISO 17664. Так же следует обращать внимание на рекомендации производителей моющего оборудования.

## Технические данные:

Только для профессионального применения!

Удельная масса (20°C): 1,1 г/см<sup>3</sup>

Уровень pH (0,2-2,0% в деионизированной воде, 20°C) 2-10 мл/л: 10,4 - 10,8

Может меняться в зависимости от жесткости воды используемой в процессе мойки или при ополаскивании.

Вязкость (концентрат 20°C): < 10mPas

Фактор титрования: 0,78 (при титровании рекомендуемым методом производителя для neodisher MediClean forte)

## Состав:

Составляющие в соответствии с Директивами ЕС 648/2004 для моющих и чистящих средств:


< 5% неанионные и анионные ПАВ

энзимы

## СЕ-стандарт:

neodisher MediClean forte соответствует закону о медицинской продукции, согласно Европейским директивам 93/42/ЕС, дополнение I

## Условия хранения:

Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза. Температура хранения от 0 до 25°C. Срок хранения 2 года, при соблюдении условий хранения, рекомендованных производителем. Срок хранения для каждой партии указан на упаковке и маркируется соответствующим знаком - 

## Меры предосторожности и советы по технике безопасности:

neodisher MediClean forte не является опасным продуктом в соответствии с Классификацией опасных продуктов Директива 1999/40ЕС. Хранить в закрытой упаковке. Пустую упаковку хранить до утилизации закрытой. Утилизацию упаковки производить в соответствии с информацией в Карте безопасности.

Дополнительную информацию возможно получить на сайте

[www.drweigert.de](http://www.drweigert.de)

[www.drweigert.ru](http://www.drweigert.ru)

или по запросу, направив письмо на [info@drweigert.ru](mailto:info@drweigert.ru)